

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM WZORCUJĄCEGO SCOPE OF ACCREDITATION FOR CALIBRATION LABORATORY Nr/No AP 009

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 17 z/of 30.05.2025

 AP 009	Nazwa i adres / Name and address SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ – INSTYTUT TELE- I RADIOTECHNICZNY LABORATORIUM BADAWCZO-POMIAROWE TECHNIKI PRÓŻNI ul. Ratuszowa 11 03-450 Warszawa
Kategoria laboratorium / Category of laboratory działające w stałej siedzibie (S) / acting in permanent facilities (S)	Wzorcowanie / Calibration: Numer i nazwa wielkości mierzonej / number and name of measurand ^{*)} 17.02 próżnia

Wersja strony/Page version: A

^{*)} Numeracja wielkości mierzonych zgodna z podaną w załączniku nr 1 do dokumentu DAP-04 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl / The numbering of measurand in accordance with the classification given in the Annex to document DAP-04, available at PCA website www.pca.gov.pl



KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ


KATARZYNA WIŚNIEWSKA

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AP 009 z dnia 21.06.2019 r.
Cykl akredytacji od 21.09.2022 r. do 21.10.2026 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No AP 009 of 21.06.2019
Accreditation cycle from 21.09.2022 to 21.10.2026
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa				
Obiekt wzorcowania	Zakres pomiarowy	Niepewność pomiaru CMC	Kat. Lab.	Metoda pomiarowa
próżnia				
Próżniomierze $p \leq 10^5$ Pa	10^5 Pa do 10^{-1} Pa	2 %	S	Procedura wewnętrzna PP-01/LTP
Próżniomierze $p \leq 10^{-1}$ Pa	10^{-1} Pa do 10^{-6} Pa	5 %		Procedura wewnętrzna PP-02/LTP
Przyrządy do sprawdzania nieszczelności (helowe nieszczelności wzorcowe)	10^{-5} Pa·m ³ /s do 10^{-10} Pa·m ³ /s	10 %		Procedura wewnętrzna PP-03/LTP

Wersja strony: A

Wartość niepewności pomiaru dla CMC wyrażona w procentach jest niepewnością pomiaru względną i dotyczy procentowego udziału w wartości wielkości mierzonej.


Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AP 009

Status zmian: wersja pierwotna – A



Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK DZIAŁU AKREDYTACJI
WZORCOWAŃ


KATARZYNA WIŚNIEWSKA
dnia: 30.05.2025 r.